Central Analítica
Departamento de Química - UFSCar

Rodovia Washington Luiz, km. 235
Fone: (16) 3351-8077
CEP 13.565-905 - São Carlos - SP - Brasil
www.central.dq.ufscar.br
e-mail: central.dq@ufscar.br ; central.dq.ufscar@gmail.com

Fisons- EA1108
Company name: CE Instruments
Software: EAGER 200
Operator ID: LV
Method in use: CHNS2023-C

Data de análise: 12/06/2023

Amostra	Massa (mg)	%N	%C	%H	%S
LECA-J9	1,822	1,961	57,91	2,97	0
LECA-J8	1,787	1,643	56,79	3,33	0
LECAJ-10	1,261	2,09	58,61	1,96	0
LECA-J12	1,613	1,88	59,76	2,56	0
LECA-J13	1,631	1,08	59,94	1,97	0

Padrão/Controle	Massa (mg)	%C	%H	%N	%S
sulfanilamida	1,702	41.95	4.72	16.26	18.64
BBOT	1,248	72.61	6.11	6.84	7.47
EDTA	1,612	41.11	5.57	9.58	0
acido benzoico	1,357	68.87	4.98	0	0

Micro balança: Sartorius Micro (XM-1000 P)
Calibrada em: 26/04/2023 (Evagon - Jundiaí/SP)